



LABORATORUL DE DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIC

BULETIN DE ANALIZĂ MICROBIOLOGICĂ A PROBEI DE APĂ

NR. 590 data 23.02.2023



Nr. înregistrare 674/a data recepției 20.02.2023 ora 15:00

INFORMATII FURNIZATE DE CLIENT:

Date de proveniență probă:

Beneficiar/Solicitant: SPAC CIUMANI, Ciumani, P-Ta Borsos Miklos Nr. 208

Locul prelevării: STATIE DE TRATARE, CIUMANI, NR.243 , prelevat de către ORDOG TUNDE IBOLYA

Prelevat de: DSP HARGHITA

Prelevator: ORDOG TUNDE IBOLYA

Data ora prelevării: 20.02.2023 ora: 10:30

Felul (tipul) probei: Apă potabilă

Sursa: Sistem de distribuție clorinat- la ieșire din stație Scopul determinării: Monitorizare Audit,Solicitare client - (contra cost)

Volum proba:250 ML, Temperatura probei la receptie (6.0 °C), Durata de transport 60 (min), Recipient furnizat de DSP: Da

INFORMATII FURNIZATE DE LABORATOR:

Starea probei la receptie: corespunzatoare

Perioada analitica: 20.02.2023 - 22.02.2023

	Caracteristici	Valoare admisa cf. OG. 7/2023	Valoare determinata	U.M.	Metoda de determinare
1	Escherichia coli	0	0	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1: 2015 ; SR EN ISO 9308-1: 2015/A1: 2017, PS-LDM--06
2	Enterococi	0	0	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002, PS-LDM-06

Avertisment:


Rezultatele sunt valabile numai pentru proba analizata. Reproducerea partiala a buletinului de analiza este interzisa.

Beneficiarul isi asuma responsabilitatea pentru prelevare, transport si informatiile furnizate(de care laboratorul nu este responsabil).

Prezentul buletin de analiza a fost eliberat in 2 exemplare, unul predat beneficiarului, unul pastrat de laborator.


Autorizat

Biolog specialist
Ildiko Meszaros


MÉSZÁROS ILDIKÓ
Biolog dr.
specialist microbiologie sanitară
cod: 660033

Verificat

Biolog specialist
Ildiko Meszaros


MÉSZÁROS ILDIKÓ
Biolog dr.
specialist microbiologie sanitară
cod: 660033

Executat

Farmacist Pal-Kendy Botond



